

Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 5

Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej (KPZOJ LIT)

centrala: tel. 22/ 34 96600 w. 687; 671; 669 tel./fax. 22/ 34 96618 ; e-mail: kpzojlit@ihit.waw.pl; ekpzojlit.ihit.waw.pl

Warszawa, 2024.02.09

Zaświadczenie

**Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Szpital
Specjalistyczny w Pile
Szpital Specjalistyczny w Pile
64-920 Piła, Rydygiera 1**

Uczestniczył/a w
KRAJOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI
DLA LABORATORIÓW IMMUNOLOGII
TRANSFUZJOLOGICZNEJ
Sprawdzian IV kwartał 2023

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s transfuzjologii
Prof. dr hab. n.med. Magdalena Łętowska

Wyniki oznaczeń w zadaniach - Sprawdzian IV kwartał 2023 dla Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Szpital Specjalistyczny w Pile (NKU 1398)

s. Sprawdzian IV kwartał 2023 Wyniki oznaczeń ABO i RhD u biorców

	Wyniki prawidłowe	Wyniki Laboratorium
Biorca 1	AB RhD plus	AB RhD plus
Biorca 2	B RhD plus	B RhD plus
Biorca 3	O RhD plus	O RhD plus

s. Sprawdzian IV kwartał 2023 Wyniki oznaczeń ABO i RhD u dawców

	Wyniki prawidłowe	Wyniki Laboratorium
Dawca X	B RhD minus	B RhD minus
Dawca Y	O RhD plus	O RhD plus
Dawca Z	AB RhD minus	AB RhD minus

s. Sprawdzian IV kwartał 2023 Wyniki badania surowicy biorcy z krwinkami dawców

	Wyniki prawidłowe			Wyniki Laboratorium		
	Dawca X	Dawca Y	Dawca Z	Dawca X	Dawca Y	Dawca Z
Biorca 1	Ujemna	Ujemna	Ujemna	Ujemna	Ujemna	Ujemna
Biorca 2	Ujemna	Ujemna	Silnie dodatnia	Ujemna	Ujemna	Silnie dodatnia
Biorca 3	Silnie dodatnia	Ujemna	Silnie dodatnia	Silnie dodatnia	Ujemna	Silnie dodatnia

s. Sprawdzian IV kwartał 2023 Wyniki badania przeglądowego przeciwciał u biorców

	Wyniki prawidłowe	Wyniki Laboratorium
Biorca 1	Nie wykryto alloprzeciwciał	Nie wykryto alloprzeciwciał
Biorca 2	Nie wykryto alloprzeciwciał	Nie wykryto alloprzeciwciał
Biorca 3	Nie wykryto alloprzeciwciał	Nie wykryto alloprzeciwciał

s. Sprawdzian IV kwartał 2023 Czy krew można przetoczyć?

	Wyniki prawidłowe			Wyniki Laboratorium		
	Dawca X	Dawca Y	Dawca Z	Dawca X	Dawca Y	Dawca Z
Biorca 1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Biorca 2	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie
Biorca 3	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie

Wyniki - Sprawdzenie IV kwartał 2023
Numer kodu uczestnika (NKU): 1398

Typ zadania	Liczba punktów możliwa do uzyskania			Punkty uzyskane przez laboratorium
	Punkty dodatnie za wyniki prawidłowe	Punkty ujemne za: każdy wynik nieprawidłowy/ fałszywie ujemny/ zgodny	0 punktów	
Badanie ABO biorców	3 x (+40) = 120	-40	brak wyniku	120
Badanie RhD biorców	3 x (+20) = 60	-20	brak wyniku	60
Badanie ABO dawców	3 x (+40) = 120	-40	brak wyniku	120
Badanie RhD dawców	3 x (+20) = 60	-20	brak wyniku	60
Badanie surowic biorcy z krwinkami dawców	3 x 3 x (+20) = 180	-20	brak wyniku/ wynik fałszywie dodatni	180
Badanie przeglądowe na obecność przeciwciał	3 x (+20) = 60	-20	brak wyniku/ wynik fałszywie dodatni	60
Czy krew można przetoczyć biorcy?	3 x 3 x (+40) = 360	-40	brak wyniku/ wynik fałszywie niezgodny	360
Razem	960	-960		960
Dodatkowa punktacja				
Typ zadania	Punkty dodatnie za wynik prawidłowy	Punkty ujemne za wynik nieprawidłowy	Brak wyniku	Punkty uzyskane przez laboratorium
Identyfikacja przeciwciał	+20	-20	0	0

dr n. med. Monika Pelc-Kłopotowska

01270 DIAGNOSTA LABORATORYJNY
 specjalista laboratoryjnej
 transfuzjologii medycznej